



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS

CIGAMERIOS

PRIMEIRA ATA DE AVALIAÇÃO DA COMISSÃO - Resolução nº 17/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2021

CHAMADA PUBLICA PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS Nº 01/2021

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 08h30min, na sala de reuniões da Amerios, no município de Maravilha, Estado de Santa Catarina, se reuniram a COMISSÃO TÉCNICA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E CORRELATOS, constituída pela Resolução nº 17/2021, para avaliação das amostras físicas, prospecto, fichas técnicas e demais documentos apresentados pela empresa METROMED COM. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, conforme previsto no edital. Após análise das amostras, a comissão resolve:

ITEM	DESCRIPTIVO	Marca/Modelo Aprovado	Marca Reprovada-Justificativa
14	AVENTAL DESCARTÁVEL, COM MANGA LONGA E PUNHO COM ELÁSTICO, TNT GRAMATURA 40, TAMANHO MÍNIMO 1,20CM DE COMPRIMENTO X 1,50 DE LARGURA. (AMOSTRA)	MEDIX/MANGA LONGA	Aprovada
83	FITA ADESIVA HOSPITALAR DE PAPEL CRESADO PARA AUTOCLAVE 19MM X 30. INDICADOR QUÍMICO TIPO 1 - ISO 11140-1. PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PACOTES EMBALADOS COM TECIDO A SEREM ESTERILIZADOS EM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. A VIRAGEM OCORRE EM LISTAS NEGRAS BEM IDENTIFICÁVEIS, APÓS SER UTILIZADA NAS ETAPAS DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVAGEM. MEDIDA: 19MMX30M. (VALIDADE ESTENDIDA, DOIS ANOS)- AMOSTRA	CIEX/FITA INDICADORA	Reprovada- pouca aderência, em tecido.
99	GAZE HIDRÓFILA, CONFECCIONADA COM 13 FIOS, EM TAMANHO 10 X 10CM E 20 X 40CM DE ABERTURA, COM 5 DOBRAS DE 8 CAMADAS, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO COM PESO MÍNIMO DE 450GM POR PACOTE, DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT E ESPECIFICAÇÕES NA NBR 13,843, EMBALADA EM PACOTES COM 10 UNIDADES POR PACOTE. COM BPF (BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO). (AMOSTRA).	MEDI HOUSE/13 FIOS	Reprovada- a gaze aberta(20 X 40CM) e fechada(10 X 10CM)a não atende ao tamanho solicitado
100	GAZE HIDRÓFILA, CONFECCIONADA COM 13 FIOS, EM TAMANHO 7,5X7,5CM E 15X30CM ABERTA, COM 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO, COM PESO MÍNIMO DE 450G POR PACOTE, DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT E ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843, EMBALADA EM PACOTES COM 500 PEÇAS POR PACOTE. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). (AMOSTRA)	MEDI HOUSE	Reprovada- a gaze aberta não atende ao tamanho solicitado que é de 15X30CM.
101	COMPRESSA DE GAZES EM ROLO (TIPO QUEIJO) CONFECCIONADAS EM TECIDO 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, NÃO ESTÉRIL, PH DE 5 À 8, TIPO TELA ABSORVENTE, DE 13 FIOS, BRANQUEADAS E DESPROVIDAS DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, DEVER SER INODORAS E INSÍPIDAS, ISENTAS DE AMIDO, DEXTRINA, ALVEJANTE ÓPTICO, ÁLCALIS E ÁCIDOS. SUAS DOBRAS SÃO CONFECCIONADAS TODAS PARA DENTRO, NÃO APRESENTANDO FIOS SOLTOS E FIAPOS, ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM DE BOPP/POLIETILENO, CONTENDO 01 UNIDADE EM CADA EMBALAGEM MEDINDO 91CM X 91M, POSTERIORMENTE ACONDICIONADAS EM CAIXAS	MEDI HOUSE/TIPO QUEIJO	Aprovada

	APARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, PODEM SER ESTERELIZADAS EM AUTOCLAVE, À RAIOS GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO, O PRODUTO DEVE ATENDER A ABNT (NBR 13841), CERTIFICADO DE ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 80113320002. (APRESENTAR AMOSTRA).		
108	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS - TAMANHO PP TALCADA CAIXA COM 100 UNID. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO (AMOSTRA PARA AVALIAR RESISTÊNCIA, ESPESSURA E INTEGRIDADE)	SUPERMAX/PREMIUM QUALITY	Aprovada
110	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS – TAMANHO G TALCADA CAIXA COM 100 UNID. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO (AMOSTRA PARA AVALIAR RESISTÊNCIA, ESPESSURA E INTEGRIDADE)	SUPERMAX/PREMIUM QUALITY	Aprovada
111	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS – TAMANHO M TALCADA CAIXA COM 100 UM APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO (AMOSTRA PARA AVALIAR RESISTÊNCIA, ESPESSURA E INTEGRIDADE)	SUPERMAX/PREMIUM QUALITY	Aprovada
112	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS – TAMANHO P TALCADA CAIXA COM 100 UNID. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO (AMOSTRA PARA AVALIAR RESISTÊNCIA, ESPESSURA E INTEGRIDADE)	SUPERMAX/PREMIUM QUALITY	Aprovada
113	LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5 (AMOSTRA PARA AVALIAR RESISTÊNCIA, ESPESSURA E INTEGRIDADE)	DESCARPACK/CIRURGICA	Aprovada
114	LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8 (AMOSTRA PARA AVALIAR RESISTÊNCIA, ESPESSURA E INTEGRIDADE)	DESCARPACK/CIRURGICA	Aprovada
115	LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº6,5 (AMOSTRA PARA AVALIAR RESISTÊNCIA, ESPESSURA E INTEGRIDADE)	DESCARPACK/CIRURGICA	Aprovada
116	LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº7,0 (AMOSTRA PARA AVALIAR RESISTÊNCIA, ESPESSURA E INTEGRIDADE)	DESCARPACK/CIRURGICA	Aprovada
117	LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº7,5 (AMOSTRA PARA AVALIAR RESISTÊNCIA, ESPESSURA E INTEGRIDADE)	DESCARPACK/CIRURGICA	Aprovada
118	LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº8,0 (AMOSTRA PARA AVALIAR RESISTÊNCIA, ESPESSURA E INTEGRIDADE)	DESCARPACK/CIRURGICA	Aprovada
122	LUVAS NITRILICA TAM G. CAIXA COM 100 UNID. (AMOSTRA PARA AVALIAR RESISTÊNCIA, ESPESSURA E INTEGRIDADE)	SUPERMAX/NITRÍLICA	Aprovada
123	LUVAS NITRILICA TAM M. CAIXA COM 100 UNID. (AMOSTRA PARA AVALIAR RESISTÊNCIA, ESPESSURA E INTEGRIDADE)	SUPERMAX/NITRÍLICA	Aprovada
124	LUVAS NITRILICA TAM P. CAIXA COM 100 UNID. (AMOSTRA PARA AVALIAR RESISTÊNCIA, ESPESSURA E INTEGRIDADE)	SUPERMAX/NITRÍLICA	Aprovada
125	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO 3 DOBRAS COM FILTRO TRIPLA PROTEÇÃO COM ELÁSTICO BRANCA. CAIXA COM 50UN.- AMOSTRA	DEFERPACK/TRIPLA	Aprovada
126	MÁSCARA N95 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: CLASSIFICADA COMO PFF2 (O EQUIVALENTE N95 PADRÃO AMERICANO); PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS NÃO OLEOSAS E FUMOS; USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL; COM DUAS BANDAS DE ELÁSTICO; GRAMPO DE AJUSTE NASAL; DOBRÁVEL; TAMANHO REGULAR. CONFECCIONADO EM NÃO-TECIDO E FIBRAS SINTÉTICAS; APRESENTA EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO MÍNIMA DE 94%; COR: BRANCA; MATERIAL NÃO	TEXMED/PFF2	Aprovada

	INFLAMÁVEL; AMOSTRA		
168	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA COM ELÁSTICO DUPLO, GRAMATURA 20, COR BRANCA, TAMANHO GRANDE, IMPORTANTE O ELASTICO TER CAPACIDADE PARA SEGURAR OS CABELOS. PACOTE COM 100 UNIDADES. (AMOSTRA)	DEJAMARO/SANFONADO	Recusada- não é com elástico duplo, baixa resistência. Na embalagem não especifica se é de elástico duplo.

Não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a reunião, concluindo a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão e todos os que se fizeram presentes.



Poliana Patrícia Kittel Grunitzky
Pregoeira do CIGAMERIOS Resolução
nº 04/2022



Carla Ruver
Cunhataí



Lovani Teresinha Pavi Schappo
Maravilha

Julia Maria Spessato Zanco
Tigrinhos

Fernanda Baldissera
Bom Jesus do Oeste