



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

PRIMEIRA ATA DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às 13h30min, no **Auditório** da AMERIOS, no município de Maravilha, Estado de Santa Catarina, em sessão pública, reuniram-se os odontólogos e responsáveis para formar a Comissão de Análise Técnica de Material Odontológico, conforme lista de presença que será anexada a presente ata, para realizar as análises das amostras dos itens conforme tabela abaixo, às quais foram requeridos no Edital de Pregão Eletrônico n. 03/2023. A Pregoeira do CIGAMERIOS, Poliana Patrícia Kittel Grunitzky, acompanhou os trabalhos com a comissão analisadora. Inicialmente foram analisados os itens da empresa **SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI**, que foram avaliados de acordo com o previsto no edital, após análise das amostras, a comissão resolve:

LOTE	ITEM	UN	Marcas Aceitáveis	Marcas Recusadas
5	ADESIVO DENTÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL HIDROFÍLICO 6 GRAMAS. SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO (5ª GERAÇÃO) FOTOPOLIMERIZÁVEL. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL: NÃO EVAPORA COMO A ACETONA. CONTÉM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULADA. POSSUI A TAMPA QUE EVITE O DESPERDÍCIO E A EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. (AMOSTRA)	UNIDADE	3M	
368	FÓRCEPS ADULTO Nº69 (AÇO INOXIDÁVEL)AMOSTRA. GARANTIA DE10 ANOS.	UNIDADE		IMPLA- pouco resistente cede com facilidade, muito duro.
369	FÓRCEPS ADULTO Nº 1 (AÇO INOXIDÁVEL)AMOSTRA. GARANTIA DE10 ANOS.	UNIDADE		IMPLA- pouco resistente cede com facilidade, muito duro.
370	FÓRCEPS ADULTO Nº150 (AÇO INOXIDÁVEL)AMOSTRA. GARANTIA DE10 ANOS.	UNIDADE		IMPLA- pouco resistente cede com facilidade, muito duro.
371	FÓRCEPS ADULTO Nº151 (AÇO INOXIDÁVEL)AMOSTRA. GARANTIA DE10 ANOS.	UNIDADE		IMPLA- pouco resistente cede com facilidade, muito duro.
372	FÓRCEPS ADULTO Nº16 (AÇO INOXIDÁVEL)AMOSTRA. GARANTIA DE10 ANOS.	UNIDADE		IMPLA- pouco resistente cede com facilidade, muito duro.
373	FÓRCEPS ADULTO Nº17 (AÇO INOXIDÁVEL)AMOSTRA. GARANTIA DE10 ANOS.	UNIDADE		IMPLA- pouco resistente cede com facilidade, muito duro.
374	FÓRCEPS ADULTO Nº18L (AÇO INOXIDÁVEL)AMOSTRA. GARANTIA DE10 ANOS.	UNIDADE		IMPLA- pouco resistente cede com facilidade, muito duro.
375	FÓRCEPS ADULTO Nº18R (AÇO INOXIDÁVEL)AMOSTRA. GARANTIA DE10 ANOS.	UNIDADE		IMPLA- pouco resistente cede com facilidade, muito duro.
376	FÓRCEPS ADULTO Nº21 (AÇO INOXIDÁVEL)AMOSTRA. GARANTIA DE10 ANOS.	UNIDADE		IMPLA- pouco resistente cede com facilidade, muito duro.
377	FÓRCEPS ADULTO Nº65 (AÇO INOXIDÁVEL)AMOSTRA. GARANTIA DE10 ANOS.	UNIDADE		IMPLA- pouco resistente cede com facilidade, muito duro.
378	FÓRCEPS INFANTIL Nº21 (AÇO INOXIDÁVEL)AMOSTRA. GARANTIA DE10 ANOS.	UNIDADE		IMPLA- pouco resistente cede com facilidade, muito

	GARANTIA DE 10 ANOS.			cede com facilidade, muito duro.
516	MATERIAL RESTAURADOR PROVISÓRIO INTERMEDIÁRIO – KIT PÓ E LÍQUIDO COMPOSIÇÃO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. KIT APRESENTANDO PÓ (ÓXIDO DE ZINCO E POLIMETACRILATO DE METILA) E LÍQUIDO (EUGENOL 99,5%, ÁC. ACÉTICO 0,5%), FRASCO COM 15ML (AMOSTRA E APRESENTAR BULA PARA COMPROVAÇÃO)	KIT		BIODINAMICA- não tem comprovação na bula da porcentagem na composição do eugenol.
562	PINÇA CLÍNICA N°318- AMOSTRA	UNIDADE		IMPLA- pouco resistente cede com facilidade, muito duro.
680	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DISPONÍVEL NAS CORES A1, MICROHÍBRIDA, COM NANOARTICULAS, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. SERINGA CONTENDO 4G. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA/MODELO: Z250/3M. AMOSTRA	UNIDADE	3M/Z250 XT	
681	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DISPONÍVEL NAS CORES A2, MICROHÍBRIDA, COM NANOARTICULAS, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. SERINGA CONTENDO 4G. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA/MODELO: Z250/3M. AMOSTRA	UNIDADE	3M/Z250 XT	
682	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DISPONÍVEL NAS CORES A3, MICROHÍBRIDA, COM NANOARTICULAS, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. SERINGA CONTENDO 4G. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA/MODELO: Z250/3M. AMOSTRA	UNIDADE	3M/Z250 XT	
683	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DISPONÍVEL NAS CORES A3,5, MICROHÍBRIDA, COM NANOARTICULAS, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. SERINGA CONTENDO 4G. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA/MODELO: Z250/3M. AMOSTRA	UNIDADE	3M/Z250 XT	
684	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DISPONÍVEL NAS CORES B1, MICROHÍBRIDA, COM NANOARTICULAS, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. SERINGA CONTENDO 4G. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA/MODELO: Z250/3M. AMOSTRA	UNIDADE	3M/Z250 XT	
685	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DISPONÍVEL NAS CORES B2, MICROHÍBRIDA, COM NANOARTICULAS, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. SERINGA CONTENDO 4G. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA/MODELO: Z250/3M. AMOSTRA	UNIDADE	3M/Z250 XT	
736	TESOURA IRIS 11,5CM CURVA AÇO INOXIDÁVEL. AMOSTRA	UNIDADE		IMPLA- NÃO VEIO AMOSTRA

Em seguida foram analisados os itens da empresa **ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA**, que foram avaliados de acordo com o previsto no edital, após análise das amostras, a comissão resolve:

LOTE	ITEM	UN	Marcas Aceitáveis	Marcas Recusadas
144	BRUNIDOR OVAL PARA AMÁLGAMA (OVO DE POMBO) - CABEÇA PEQUENA. GARANTIA DE 10 ANOS.(AMOSTRA)	UNIDADE		CLASSIFLEX-participante informou que a marca cotada não possui garantia de 10 anos.
175	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO BASE+ CATALISADOR. SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTO: IMPORTANTE COMO PROTEÇÃO PULPAR EM ESPECIAL EM CAVIDADES PROFUNDAS. PODE SER EMPREGADO NO CAPEAMENTO PULPAR DIRETO OU INDIRETO E NO FORRAMENTO DE CAVIDADES COM EXCELENTES NÍVEIS DE AUSÊNCIA DE DOR PÓS-OPERATÓRIA. NÃO CONTÉM EUGENOL. ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO QUE OS CIMENTOS PROVISÓRIOS DO MERCADO. PRESA RÁPIDA: RÁPIDO ENDURECIMENTO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA :DENTSPLY. AMOSTRA.	KIT		Maquira- empresa não apresentou amostra física, apenas catalogo. A marca já e conhecida pela comissão técnica, e o tempo de presa do produto é muito curto.
293	ESCOVA DENTAL PARA BEBÊ, CERDAS DE NYLON EXTRA MACIA, ALTURA DAS CERDAS MAX. 8MM, CABEÇA PEQUENA LARGURA MÁX. 10MM E COMPRIMENTO 15MM, TAMANHO 13CM, COM TUFOS DE CERDAS APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGÊNEAS, CABO TEXTURIZADO. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA DE ACORDO COM A PORTARIA N°97 DE 26 DE JUNHO DE 1996. EMBALADA INDIVIDUALMENTE(COM PROTEÇÃO DE CERDAS). AMOSTRA	UNIDADE		TOPZ- não atende ao descritivo, medidas maiores do que o solicitado, não possui cerdas extra macias.
436	KIT ESCOVAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (CREME DENTAL 50GR COM FLÚOR 1100PPM APRESENTAR CERTIFICADO DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA), FIO DENTAL DE 25M E ESCOVA DENTAL DE CERDAS EXTRA MACIAS, CABEÇA PEQUENA, CABO TEXTURIZADO, ESTOJO PLÁSTICO COM UM LADO TRANSPARENTE COM FECHAMENTO POR BOTÃO DE PRESSÃO COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR UM CREME DENTAL 50GR, UMA ESCOVA DENTAL E UM FIO DENTAL DE 25M AMOSTRA	KIT		MEDFIO- a concentração de flúor maior do que o solicitado no descritivo do creme denta. Escova dental não e extra macia. Não e cabo texturizado.
565	PINÇA KELLY 12CM RETA- AMOSTRA	UNIDADE		ABC- não veio amostra física do produto para análise.
729	SUGADOR DESCARTÁVEL ESTÉRIL PARA CIRURGIA CAIXA COM 20 UNIDADES AMOSTRA	CAIXA 20 UN	MAQUIRA	
733	TESOURA CIRÚRGICA DE CASTROVIEJO 11CM. AÇO INOXIDÁVEL. AMOSTRA	UNIDADE	GOLGRAN	
734	TESOURA CIRÚRGICA RETA 12CM. AÇO INOXIDÁVEL. AMOSTRA	UNIDADE		CLASSIFLEX- participante informou que a marca cotada não possui garantia de 10 anos.
735	TESOURA GOLDMAN FOX RETA AÇO INOXIDÁVEL. AMOSTRA	UNIDADE	GOLGRAN	

Em seguida foram analisados os itens da empresa **ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E**

32	ALGINATO DE PRESSA EXTRA RÁPIDA, PARA IMPRESSÕES ORTODÔNTICAS, REFIL COM 500GM, ALTA ELASTICIDADE: PERMITE QUE O MATERIAL RETORNE À SUA FORMA ORIGINAL. ALTA RESISTÊNCIA AO RASGO: REDUZ O RASGO DE RASGO DA IMPRESSÃO QUANDO É REMOVIDO DE BOCA DO PACIENTE. TEMPO DE TRABALHO: 1 MINUTO E 5 SEGUNDOS, CONSIDERANDO TEMPERATURA DA ÁGUA EM 23°C. TEMPO PARA PRESA (NA BOCA DO PACIENTE): 45 SEGUNDOS. TIXOTRÓPICO. AROMA DE BAUNILHA, AGRADÁVEL PARA PACIENTES ODONTOPEDIÁTRICOS. COR AMARELA. LIVRE DE POEIRA. EMBALADO EM ATMOSFERA MODIFICADA. GARANTIA DE 5 ANOS; REGISTRO ANVISA . (AMOSTRA)	REFIL 500 G	ZHERMACK ORTHOPRINT-	
62	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX DE 0,05X5MMX50CM (ROLO) - (AMOSTRA) PARA ANÁLISE DE RESISTÊNCIA.	UNIDADE	PREVEN	
63	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX DE 0,05X7MMX50CM (ROLO) - (AMOSTRA) PARA ANÁLISE DE RESISTÊNCIA.	UNIDADE	PREVEN	
167	CÁPSULA PARA AMALGAMADOR COM 2 PORÇÕES. PRESA REGULAR. COMPOSIÇÃO: 40% DE PRATA, 31,3% DE ESTANHO, 28,7% DE COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. (AMOSTRA)	UNIDADE	SDI	
182	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO – KIT COM PÓ E LIQUIDO –AUTOPOLIMERIZÁVEL. ADESÃO AO ESMALTE E A DENTINA, DISPENSA. DEVIDO À SUA COMPOSIÇÃO, APRESENTA BOA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO, ESTABILIDADE DE COR E TRANSLUCIDEZ ADEQUADA A UM MATERIAL ESTÉTICO RESTAURADOR. ALTA LIBERAÇÃO DE FLÚOR E O EQUILÍBRIO DO PH AUXILIAM NA PROFILAXIA DENTAL. (AMOSTRA)	KIT		FGM- acabamento poroso, tempo de presa muito curto.
228	CUNHA DE MADEIRA ANATÔMICA SORTIDAS CAIXA 100 UNIDADES. AMOSTRA	CAIXA 100,00 UN		IODONTOSUL- Muito grande. Não e anatômica.
230	CUNHA ELÁSTICA VERDE 2MM - EMBALAGEM COM 25 UNIDADES. AMOSTRA	EMBALAGE M 25 UN	TDV	
231	CUNHA REFLEXIVA. CAIXA COM 20 UNIDADES (AMOSTRA PARA ANÁLISE DE TAMANHO E RESISTÊNCIA).	CAIXA 20 UN	TDV	
435	KIT ESCOVAÇÃO INFANTIL (CREME DENTAL 50GR COM FLÚOR MÍNIMO 1100PPM APRESENTAR CERTIFICADO DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA), FIO DENTAL DE 25M E ESCOVA DENTAL DE CERDAS EXTRA MACIAS, CABEÇA PEQUENA, CABO TEXTURIZADO, ESTOJO PLÁSTICO COM UM LADO TRANSPARENTE COM FECHAMENTO POR BOTÃO DE PRESSÃO COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR UM CREME DENTAL 50GR, UMA ESCOVA DENTAL E UM FIO DENTAL DE 25M AMOSTRA	KIT		MED FIO- escova não possui cabo texturizado.
560	PINÇA ALLIS 15 CM- AMOSTRA	UNIDADE	GOLGRAN	
563	PINÇA HEMOSTÁTICA MOSQUITO CURVA 12CM-AMOSTRA	UNIDADE	GOLGRAN	
564	PINÇA HEMOSTÁTICA MOSQUITO RETA 12CM-AMOSTRA	UNIDADE	GOLGRAN	
566	PINÇA PORTA AGULHA CASTROVIEJO RETO 14CM COM TRAVA E WIDIA- AMOSTRA	UNIDADE	GOLGRAN	
567	PINÇA PORTA AGULHA MAYOHEGAR COM WIDIA 14CM- AMOSTRA	UNIDADE	GOLGRAN	
568	PINÇA PORTA GRAMPO PALMER, PARA ENDODONTIA-AMOSTRA	UNIDADE	GOLGRAN	
728	SUGADOR DESCARTÁVEL DE SALIVA PACOTE COM 40 UNIDADES- AMOSTRA	PACOTE 40 UN	SS PLUS	

737	TESOURA IRIS 11,5CM RETA AÇO INOXIDÁVEL. AMOSTRA	UNIDADE	GOLGRAN	
739	TIRA DE LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINA. TAMANHO DAS TIRAS: 4MM DE LARGURA E 170 MM DE COMPRIMENTO. ABRASIVO DE GRANULAÇÃO GROSSA (CINZA) E MÉDIA (BRANCA). CADA TIRA POSSUI UM CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA A FACILITAR A INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS DOS DENTES.TENDO EM SUA COMPOSIÇÃO SOMENTE POLIÉSTER COBERTO COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO CAIXA COM 150 UNIDADES (AMOSTRA) PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: 3M	CAIXA 150 UN	3M	
743	TIRA DE POLIÉSTER 100X10X0,05MM. EMBALAGEM COM 50 UNID. (AMOSTRA)	EMBALAGE M 50 UN	PREVEM	

Em seguida foram analisados os itens da empresa **EXCELLENCE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAE**, que foram avaliados de acordo com o previsto no edital, após análise das amostras, a comissão resolve:

LOTE	ITEM	UN	Marcas Aceitáveis	Marcas Recusadas
166	CÁPSULA PARA AMALGAMADOR COM 1 PORÇÃO. PRESA REGULAR. COMPOSIÇÃO: 40% DE PRATA, 31,3% DE ESTANHO, 28,7% DE COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. (AMOSTRA)	UNIDADE	SDI	

Em seguida foram analisados os itens da empresa **DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS**

LTDA, que foram avaliados de acordo com o previsto no edital, após análise das amostras, a comissão resolve:

LOTE	ITEM	UN	Marcas Aceitáveis	Marcas Recusadas
145	Brunidor para amálgama nº 6 - Cabeça pequena (Amostra)	UNIDADE		PRATA- empresa não apresentou amostra
147	Cabo para espelho bucal sextavado em (Aço Inoxidável) para teste com espelho. GARANTIA DE 10 ANOS. (Amostra)	UNIDADE		PRATA- empresa não apresentou amostra
305	Esculpidor Hollemback nº3S (Amostra para confirmação de tamanho e corte)	UNIDADE		PRATA- empresa não apresentou amostra

Em seguida foram analisados os itens da empresa **L A DALLA PORTA JUNIOR**, que foram avaliados de acordo com o previsto no edital, após análise das amostras, a comissão resolve:

LOTE	ITEM	UN	Marcas Aceitáveis	Marcas Recusadas
14	Agulha Hipodérmica 25 x 0,80 mm	UNIDADE	WILTEX	
16	Agulha Hipodérmica 40 x 12 (18G X 1 1/2)	UNIDADE	WILTEX	
51	Aplicadores descartáveis para adesivo (micro pincel) fino. Caixa com 100 unidades.	CAIXA 100,00 UN	FGM	
53	Aplicadores descartáveis para adesivo (micro pincel) regular. Caixa com 100 unidades.	CAIXA 100,00 UN	FGM	
440	Lamina de bisturi de aço carbono nº15 caixa com 100 unidades estéreis	CAIXA 100,00 UN	MEDIX	
441	Lâmina de bisturi de aço carbono nº15C caixa com 100 unidades estéreis	CAIXA 100,00 UN	MEDIX	

Em seguida foram analisados os itens da empresa **CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES**

LTDA - FILIAL SC, que foram avaliados de acordo com o previsto no edital, após análise das amostras, a comissão resolve:

LOTE	ITEM	UN	Marcas Aceitáveis	Marcas Recusadas
360	FITA ADESIVA HOSPITALAR DE PAPEL CRESADO PARA AUTOCLAVE 19MM X 30. INDICADOR QUÍMICO TIPO 1	UNIDADE		Não- não tem boa aderência, descola com facilidade.

	ESTERILIZADOS EM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. A VIRAGEM OCORRE EM LISTAS NEGRAS BEM IDENTIFICÁVEIS, APÓS SER UTILIZADA NAS ETAPAS DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVAGEM. MEDIDA: 19MMX30M. (VALIDADE ESTENDIDA, DOIS ANOS)- AMOSTRA			
744	Touca descartável sanfonada com elástico duplo, gramatura 20, cor branca, tamanho grande, importante o elastico ter capacidade para segurar os cabelos. Pacote com 100 unidades. (Amostra)	PACOTE 100UN		DEJAMARO- rasga com facilidade. Não tem especificado a gramatura do produto na embalagem.
745	Touca descartável sanfonada e com elástico, gramatura 20 cor branca. Pacote com 100 unidades. (Amostra)	PACOTE 100UN		DEJAMARO- rasga com facilidade. Não tem especificado a gramatura do produto na embalagem.

Em seguida foram analisados os itens da empresa **SALVI E LOPES E CIA LTDA**, que foram avaliados de acordo com o previsto no edital, após análise das amostras, a comissão resolve:

LOTE	ITEM	UN	Marcas Aceitáveis	Marcas Recusadas
31	Alginato compressa a regular, aroma menta para impressões, refil com 454 g Alginato tipo I: presa rápida, para impressões; Sabor: tutti-frutti; Grande elasticidade e resistência ao rasgamento; muda de cor uma única vez; Excelente compatibilidade com gesso odontológico. (Amostra)	REFIL 454 G		MAQUIRA- não apresentou amostra.
178	CIMENTO ENDODÔNTICO (CONJ. PO 12GM +LIQ 10ML). APRESENTA BOA TOLERÂNCIA PELOS TECIDOS APICAI, RADIOPACIDADE E IMPERMEABILIDADE. POSSUI FINA GRANULAÇÃO, PROPORCIONANDO UMA MISTURA HOMOGÊNEA E UM PERFEITO ESCOAMENTO. CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. COMPOSIÇÃO PÓ: ÓXIDO DE ZINCO, RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISMUTO, SULFATO DE BÁRIO E BOARIO EBORATO DE SÓDIO ENDOPIL LIQUIDO: EUGENOL, ÓLEO DEAMENDOAS E BHT. TEMPO DE PRESA 20 MINUTOS. AMOSTRA.	KIT		AFF- não tem a comprovação da composição do produto.
255	Cunha de madeira anatômica nº1 caixa 100 unidades (Amostra para análise de tamanho e resistência)	CAIXA 100UN		IODONTOSUL—NÃO APRESENTOU AMSOTRA
314	ESPÁTULA DE THOMPSON PARA RESINA, AÇO INOX. Nº 1- AMOSTRA	UNIDADE		CASSIFLEX- NÃO MANDOU AMOSTRA

Em seguida foram analisados os itens da empresa **BETANIAMED COMERCIAL EIRELI**, que foram avaliados de acordo com o previsto no edital, após análise das amostras, a comissão resolve:

LOTE	ITEM	UN	Marcas Aceitáveis	Marcas Recusadas
39	AMALGAMADOR, COM TAMPA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE ALTO IMPACTO. TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL ATÉ 99 SEGUNDOS, CONSERVA O TEMPO PRÉ-DETERMINADO PARA UMA NOVA OPERAÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA: O EQUIPAMENTO FUNCIONA SOMENTE COM TAMPA ACRÍLICA PROTETORA (9) FECHADA, EMITINDO BIPS DE ADVERTÊNCIA SE A MESMA ESTIVER ABERTA. BIVOLTS AUTOMÁTICO- 127/220V. SELEÇÃO DE BAIXA E ALTA VELOCIDADE. CORPO INJETADO EM ABS. GRANDE AMPLITUDE E FREQUÊNCIA DA HASTE, EM FORMA DE OITO. BIELA DE TRANSMISSÃO COM	UNIDADE		DENTEMED- não é bivolts automático. Não emite bits quando aperta estiver aberta.

	ROLAMENTO DE DUPLA BLINDAGEM. SISTEMA DE AMORTECEDORES, ANULANDO AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA ASTE. BASE ABS COM APOIOS EMBORRACHADOS GARANTINDO UMA PERFEITA ESTABILIDADE. SILENCIOSO E DE FÁCIL LIMPEZA. TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO. POTÊNCIA DO MOTOR 35W. FREQUÊNCIA DO MOTOR 50/60HZ. GARANTIA DE 1 ANO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: SHUSTER. AMOSTRA.			
--	--	--	--	--

Em seguida foram analisados os itens da empresa **BETANIAMED COMERCIAL EIRELI**, que foram avaliados de acordo com o previsto no edital, após análise das amostras, a comissão resolve:

LOTE	ITEM	UN	Marcas Aceitáveis	Marcas Recusadas
395	Gaze Hidrófila, confeccionada com 13 fios, em tamanho 10 X 10cm e 20 X 40cm de abertura, com 5 dobras de 8 camadas, bordas devidamente voltadas para dentro com peso mínimo de 450gm por pacote, deve atender as normas da ABNT e especificações na NBR 13,843, embalada em pacotes com 10 unidades por pacote. Com BPF(Boas Praticas de Fabricação). (Amostra).	PACOTE 10UN	AMED	
396	Gaze Hidrófila, confeccionada com 13 fios, em tamanho 7,5x7,5cm e 15x30cm aberta, com 5 dobras, 8 camadas, bordas devidamente voltadas para dentro, com peso mínimo de 450g por pacote, deve atender as normas da ABNT e especificações da NBR 13.843, embalada em pacotes com 500 peças por pacote. Com BPF (Boas Práticas de Fabricação). (Amostra)	PACOTE 500UN		AMED -Não atende as medidas abertas.

Em seguida foram analisados os itens da empresa **DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS**

ODONTOLÓGICOS LTDA, que foram avaliados de acordo com o previsto no edital, após análise das amostras, a comissão resolve:

LOTE	ITEM	UN	Marcas Aceitáveis	Marcas Recusadas
380	Fórceps infantil nº150 (Aço Inoxidável)AMOSTRA. GARANTIA DE10 ANOS.	UNIDADE	GOLGRAN	
381	Fórceps infantil nº151 (Aço Inoxidável)AMOSTRA. GARANTIA DE10 ANOS.	UNIDADE	GOLGRAN	
382	Fórceps infantil nº27 (Aço Inoxidável)AMOSTRA. GARANTIA DE10 ANOS.	UNIDADE	GOLGRAN	

Em seguida foram analisados os itens da empresa **DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS,**

HOSPITALARES EIRELI, que foram avaliados de acordo com o previsto no edital, após análise das amostras, a comissão resolve:

LOTE	ITEM	UN	Marcas Aceitáveis	Marcas Recusadas
226	CUNHA DE MADEIRA ANATÔMICA N°2 - CAIXA 100 UNIDADES (AMOSTRA PARA ANÁLISE DE TAMANHO E RESISTÊNCIA)	CAIXA 100,00 UN		IODONTOSUL- NÃO APRESENTOU AMOSTRA
227	CUNHA DE MADEIRA ANATÔMICA N°3 - CAIXA 100 UNIDADES (AMOSTRA PARA ANÁLISE DE TAMANHO E RESISTÊNCIA)	CAIXA 100,00 UN		IODONTOSUL- NÃO APRESENTOU AMOSTRA
290	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON EXTRA MACIA, COM NO MÍNIMO 34 TUFOS DE CERDAS APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGENEAS. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA DE ACORDO COM A PORTARIA N°97 DE 26 DE JUNHO DE 1996. EMBALADA	UNIDADE	MEDFIO	

291	ESCOVA DENTAL INFANTIL, CERDAS DE NYLON EXTRA MACIA, COM NO MÍNIMO 34 TUFOS DE CERDAS APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGÊNEAS, CABO TEXTURIZADO. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA DE ACORDO COM A PORTARIA N°97 DE 26 DE JUNHO DE 1996. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. (COM PROTEÇÃO DE CERDAS) AMOSTRA	UNIDADE	MEDFIO FLOPPY EXTRA MACIA	
432	KIT DE ESCOVAÇÃO ADULTO, COM CREME DENTAL COM FLÚOR 90G, 1500PPM CERTIFICADO PELA ABO, ESCOVA DENTAL COM CERDAS DE NYLON EXTRA MACIAS, CABEÇA PEQUENA, COM NO MÍNIMO 34 TUFOS DE CERDAS APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGÊNEAS CERTIFICADO PELA ABO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA DE ACORDO COM A PORTARIA N°97 DE 26 DE JUNHO DE 1996, FIO DENTAL DE NO MÍNIMO 25M ENCERADO E COM AROMA. ESTOJO RÍGIDO DE PLÁSTICO LISO DE NO MÍNIMO 20CMX 6,6CM X 2,5CM DE ALTURA COM ABERTURA LATERAL – CORES SORTIDAS. AMOSTRA	KIT	MEDFIO/FREED ENT	
433	KIT DE ESCOVAÇÃO INFANTIL, COM CREME DENTAL COM FLÚOR MÍNIMO 1100PPM 50G CERTIFICADO PELA ABO, ESCOVA DENTAL COM CERDAS DE NYLON EXTRA MACIAS, CABO TEXTURIZADO, CABEÇA PEQUENA, COM NO MÍNIMO 34 TUFOS DE CERDAS APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGÊNEAS CERTIFICADO PELA ABO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA DE ACORDO COM A PORTARIA N°97 DE 26 DE JUNHO DE 1996, FIO DENTAL DE NO MÍNIMO 25M ENCERADO E COM AROMA. ESTOJO RÍGIDO DE PLÁSTICO LISO DE NO MÍNIMO 20CMX 6,6CM X 2,5CM DE ALTURA COM ABERTURA LATERAL – CORES SORTIDAS. AMOSTRAS	KIT	MEDFIO/ICEFRE SH-	
434	KIT ESCOVAÇÃO ADULTO (CREME DENTAL 90GR COM FLÚOR 1500PPM APRESENTAR CERTIFICADO DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA), FIO DENTAL DE 25M E ESCOVA DENTAL DE CERDAS EXTRA MACIAS, CABEÇA PEQUENA, ESTOJO PLÁSTICO COM UM LADO TRANSPARENTE COM FECHAMENTO POR BOTÃO DE PRESSÃO COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR UM CREME DENTAL 90GR, UMA ESCOVA DENTAL E UM FIO DENTAL DE 25M AMOSTRA	KIT	MEDFIO/FREED ENT	
559	PINÇA ADSON 12CM COM SERRILHA -AMOSTRA	UNIDADE	MARYAN	
221	Creme Dental sem flúor 50g	UNIDADE	DENTALCLEAN- empresa não ficou vencedora do item mas mandou amostra para análise.	

436	KIT ESCOVAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (CREME DENTAL 50GR COM FLÚOR 1100PPM APRESENTAR CERTIFICADO DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA), FIO DENTAL DE 25M E ESCOVA DENTAL DE CERDAS EXTRA MACIAS, CABEÇA PEQUENA, CABO TEXTURIZADO, ESTOJO PLÁSTICO COM UM LADO TRANSPARENTE COM FECHAMENTO POR BOTÃO DE PRESSÃO COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR UM CREME DENTAL 50GR, UMA ESCOVA DENTAL E UM FIO DENTAL DE 25M AMOSTRA	KIT	MEDFIO/ICEFRE SH / FREEDENT	
435	KIT ESCOVAÇÃO INFANTIL (CREME DENTAL 50GR COM FLÚOR MÍNIMO 1100PPM APRESENTAR CERTIFICADO DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA), FIO DENTAL DE 25M E ESCOVA DENTAL DE CERDAS EXTRA MACIAS, CABEÇA PEQUENA, CABO TEXTURIZADO, ESTOJO PLÁSTICO COM UM LADO TRANSPARENTE COM FECHAMENTO POR BOTÃO DE PRESSÃO COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR UM CREME DENTAL 50GR, UMA ESCOVA DENTAL E UM FIO DENTAL DE 25M AMOSTRA	KIT	MEDICOS, HOSPITALARES EIRELI MEDFIO/ICEFRE SH / HIGIX	

Em seguida foram analisados os itens da empresa **DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA**, que foram avaliados de acordo com o previsto no edital, após análise das amostras, a comissão resolve:

LOTE	ITEM	UN	Marcas Aceitáveis	Marcas Recusadas
177	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, 1 FRASCO DE PÓ 5G + 1 FRASCO DE LIQUIDO 2.5ML. NÃO OPACO. (AMOSTRA)	KIT	SDI	
272	DISCOS DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE MATERIAIS RESTAURADORES COM GRANULAÇÃO FINA, MÉDIA E GROSSA COM MANDRIL DE PRESSÃO. EMBALAGEM COM 120 DISCOS SORTIDOS. (AMOSTRA PARA ANALISAR GRANULAÇÃO)	EMBALAGE M COM 120 DISCOS	TDV	

Em análise a comissão verificou através dos catálogos, que algumas marcas cotadas para determinados itens não atendem ao descrito solicitado, conforme segue:

LOTE	ITEM	UN	Marcas Aceitáveis	Marcas Recusadas
218	CONTRA ÂNGULO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, EXTREMO SISTEMA PRESS BUTTON, ROTAÇÃO MÁXIMA DE ACIONAMENTO 40000 RPM, ROTAÇÃO MÁXIMA NA PONTA BRANCA 200000, FILTRO DE ÁGUA INCORPORADO AO INSTRUMENTO, ACOPLAMENTO INTRAMATIC, PARA USO DE BROCAS DE 2,35MM E DIÂMETRO 16MM, GARANTIA DE 12 MESES. (VALIDADE ESTENDIDA, DOIS ANOS) - OBS: SE NECESSÁRIO MANUTENÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE (DOIS ANOS), O PRODUTO DEVERÁ SER RETIRADO NO MUNICÍPIO PELA EMPRESA FORNECEDORA DO MESMO, NO PRAZO MÁXIMO DE 24H APÓS SOLICITADO, COM DEVOLUÇÃO DO PRODUTO EM PERFEITO FUNCIONAMENTO NO PRAZO MÁXIMO DE 10 DIAS. O ITEM SÓ DEVERÁ SER COTADO POR EMPRESAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PARA MANUTENÇÃO.	KIT		DENTEMED/CONTRA ANGULO PRIME CX235-1F PB- o sistema diferente do solicitado no descritivo, o sistema do produto cotado é INTRA e não PRESS BUTTON conforme solicitado no descritivo do item.
402	GESSO TIPO IV PRODUZIDO PELO PROCESSO DE CALCIFICAÇÃO EM AUTOCLAVE. ELEVADA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E ABRASÃO. MELHOR ESCOAMENTO EM MOLDES DE SILICONES E POLIÉSTER. TEMPO DA PRESA: 8 A 10 MINUTOS	EMBALAGE M 1,00 KG		ASFER-tempo da expansão da presa diferente do solicitado no descativo do item.

	KGF/*CM2(13000PSI).			
385	Fotopolimerizador, com bateria recarregável fixa, giro de 360º, mínimo aquecimento na resina do dente, ponteira rígida, orientada e autoclavável, entre 440 e 480nm, acima de 1200mW/cm², 3 potências, 20 segundos com bip sonoro a cada 5 segundos, peça de mão com cerca de 150g, sem fio, com base carregadora e com ao menos 12 meses de garantia.	unidade		Dentemed- não tem comprovação do peso do produto, ondas mais curtas do que o solicitado, e não especifica quais as potências de aplicação.
164	Caneta de alta rotação, push boton, rotação máxima 335.000 rpm com 64decibeis, spray tripla rotação, torque de 0,13Ncm, esterilizável em autoclave. (VALIDADE ESTENDIDA, DOIS ANOS) - OBS: Se necessário manutenção dentro do prazo de validade (Dois anos), o produto deverá ser retirado no município pela empresa fornecedora do mesmo, no prazo máximo de 24h após solicitado, com devolução do produto em perfeito funcionamento no prazo máximo de 10 dias. O item só deverá ser cotado por empresas que atendam as exigências para manutenção.	unidade		DENTEMED/prime CX 207-W-2 (PB)- Rotação máxima maior do que o solicitado no descritivo do item(400.000 rpm)
56	Autoclave 21 L analógica, bivolt automático, desaceleração e despressurização automática, tampa e câmara em aço inox, com 3 bandejas, espaço para 4 bandejas, secagem ultra eficiente, 27 programas de segurança, 2 anos de garantia	unidade		ALT- não especifica se tem espaço para 4 bandejas. Sem comprovação e garantia de 2 anos. Não possui 27 programas de segurança.
57	Autoclave 54 L espaço para 4 bandejas, analógica, bivolt, câmara em aço inox, 4 bandejas em alumínio anodizado, abastecimento automático com indicação de falta de água, sistemas de segurança, sistemas de fechamento, com 6 pontos de apoio, sistema de rastreabilidade e sistema com microcontrolador, dimensão interna 34 X 61 cm, com 2 anos de garantia	unidade		ALT- não atende a litragem solicitada. Sem comprovação de 2 anos de garantia. Quantidade de bandejas menor do que o solicitado.
66	BICARBONATO DE SÓDIO PÓ EXTRA FINO PARA PROFILAXIA ORAL 250GM. NO MAIS ALTO GRAU DE PUREZA DISPONÍVEL; REMOVE A PLACA BACTERIANA; TEM JATEAMENTO AMPLO, LIVRE E CONTÍNUO; NÃO CAUSA DANOS AO ESMALTE E GENGIVA. COMPOSIÇÃO: BICARBONATO DE SÓDIO PURO (99,6%). ANIDRO SILÍCIO E ESSÊNCIA. COM GRANULAÇÃO EXTRAFINA. RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE. PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. INDICADO PARA PROFILAXIA. EMBALAGEM 250G.APRESENTAR BULA QUE COMPROVE A CONCENTRAÇÃO DE BICARBONATO	EMBALAGE M 250,00 G		IODONTOSUL - não possui concentração de 99,6% de bicarbonato conforme solicitado no descritivo do item

A comissão solicita que a empresa ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA encaminhe amostras das limas, da marca TDK, que a EXCELLENCE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, também amostra das limas cotadas com a marca Denco para análise. A comissão solicita que a empresa EXCELLENCE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA encaminhe amostra dos itens 471, 472 e 474 para analisar a marca UNIV. Os itens 255, 256 não são cabo oco de acordo com a análise dos catálogos apresentados pelas empresas. A comissão decide desclassificar a empresa DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MEDICOS, HOSPITALARES EIRELI para os itens 569, 570, 571 e 572, tendo em vista que a marca cotada não atende ao descritivo por não serem pinceis de pelo Kolinsky. Quanto aos itens em que as amostras foram rejeitadas ou não apresentaram amostra, as empresas serão desclassificadas e os demais participantes na disputa do produto deverão enviar suas amostras conforme prazo que será informado nas mensagens do Processo na Plataforma BNC. Não havendo mais nada a tratar, a Pregoeira do CIGAMERIOS deu por encerrada a reunião, concluindo a presente ata, acordado por todos os presentes conforme lista de presença anexa.

