

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

**SEGUNDA ATA DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS**

Ata de reunião da Comissão de Análise Técnica de Material Odontológico do Consórcio Integrado de Gestão Pública do Entre Rios - CIGAMERIOS, com sede em Maravilha/Santa Catarina. Pregão Eletrônico 03/2023.

Aos dezanove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três dois, a comissão reuniu-se para realizar a segunda análise das amostras dos itens conforme tabela abaixo, às quais foram requeridos no Edital de Pregão Eletrônico n. 03/2023. A Pregoeira do CIGAMERIOS, Poliana Patrícia Kittel Grunitzky, acompanhou os trabalhos com a comissão analisadora, que foram avaliados de acordo com o previsto no edital, após análise das amostras, a comissão resolve:

LOTE	ITEM	UN	Marcas Aceitáveis	Marcas Recusadas
368	FÓRCEPS ADULTO Nº69 (AÇO INOXIDÁVEL)AMOSTRA. GARANTIA DE10 ANOS.	UNIDADE	GOLGRAN/GOLGRAN(DE NTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA)	
369	FÓRCEPS ADULTO Nº 1 (AÇO INOXIDÁVEL)AMOSTRA. GARANTIA DE10 ANOS.	UNIDADE	GOLGRAN/GOLGRAN(DE NTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA)	
370	FÓRCEPS ADULTO Nº150 (AÇO INOXIDÁVEL)AMOSTRA. GARANTIA DE10 ANOS.	UNIDADE	GOLGRAN/GOLGRAN(DE NTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA)	
371	FÓRCEPS ADULTO Nº151 (AÇO INOXIDÁVEL)AMOSTRA. GARANTIA DE10 ANOS.	UNIDADE	GOLGRAN/GOLGRAN(DE NTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA)	
372	FÓRCEPS ADULTO Nº16 (AÇO INOXIDÁVEL)AMOSTRA. GARANTIA DE10 ANOS.	UNIDADE	GOLGRAN/GOLGRAN(DE NTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA)	
373	FÓRCEPS ADULTO Nº17 (AÇO INOXIDÁVEL)AMOSTRA. GARANTIA DE10 ANOS.	UNIDADE	GOLGRAN/GOLGRAN(DE NTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA)	
374	FÓRCEPS ADULTO Nº18L (AÇO INOXIDÁVEL)AMOSTRA. GARANTIA DE10 ANOS.	UNIDADE	GOLGRAN/GOLGRAN(DE NTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA)	
375	FÓRCEPS ADULTO Nº18R (AÇO INOXIDÁVEL)AMOSTRA. GARANTIA DE10 ANOS.	UNIDADE	GOLGRAN/GOLGRAN(DE NTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA)	
376	FÓRCEPS ADULTO Nº21 (AÇO INOXIDÁVEL)AMOSTRA. GARANTIA DE10 ANOS.	UNIDADE	GOLGRAN/GOLGRAN(DE NTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA)	
377	FÓRCEPS ADULTO Nº65 (AÇO INOXIDÁVEL)AMOSTRA. GARANTIA DE10 ANOS.	UNIDADE	GOLGRAN/GOLGRAN(DE NTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA)	

378	FÓRCEPS INFANTIL Nº21 (AÇO INOXIDÁVEL)AMOSTRA. GARANTIA DE10 ANOS.	UNIDADE	GOLGRAN/GOLGRAN(DE NTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA)	
379	FÓRCEPS INFANTIL Nº1 (AÇO INOXIDÁVEL)AMOSTRA. GARANTIA DE10 ANOS.	UNIDADE	GOLGRAN/GOLGRAN(DE NTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA)	
516	MATERIAL RESTAURADOR PROVISÓRIO INTERMEDIÁRIO – KIT PÓ E LIQUIDO COMPOSIÇÃO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. KIT APRESENTANDO PÓ (ÓXIDO DE ZINCO E POLIMETACRILATO DE METILA) E LÍQUIDO (EUGENOL 99,5%, ÁC. ACÉTICO 0,5%), FRASCO COM 15ML (AMOSTRA E APRESENTAR BULA PARA COMPROVAÇÃO)	KIT	IRM / DENTSPLY-(DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS, HOSPITALARES EIRELI)	
562	PINÇA CLÍNICA Nº318- AMOSTRA	UNIDADE	GOLGRAN- a comissão decide aprovar a marca Golgran considerando já ser conhecida dos dentistas e ser de qualidade.	UNIÃO / CARPDENT(DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS, HOSPITALARES EIRELI )- sem ponto de contato, a ponta fica aberta. Acabamento de má qualidade.
736	TESOURA IRIS 11,5CM CURVA AÇO INOXIDÁVEL. AMOSTRA	UNIDADE	GOLGRAN- a comissão decide aprovar a marca Golgran considerando já ser conhecida dos dentistas e ser de qualidade.	IMPLA / IMPLA(SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI )- muito dura no manuseio, trava com facilidade.
144	BRUNIDOR OVAL PARA AMÁLGAMA (OVO DE POMBO) - CABEÇA PEQUENA. GARANTIA DE 10 ANOS.(AMOSTRA)	UNIDADE		DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS, HOSPITALARES EIRELI- UNIÃO / CARPDENT  DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - PRATA / PRATA  Nenhuma empresa apresentou amostra. Comissão decide deixar o item deserto.
175	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO BASE+ CATALISADOR. SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTO: IMPORTANTE COMO PROTEÇÃO PULPAR EM ESPECIAL EM CAVIDADES PROFUNDAS.	KIT	HYDROC / DENTSPLY(DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS,	

	PODE SER EMPREGADO NO CAPEAMENTO PULPAR DIRETO OU INDIRETO E NO FORRAMENTO DE CAVIDADES COM EXCELENTE NÍVEL DE AUSÊNCIA DE DOR PÓS-OPERATÓRIA. NÃO CONTÉM EUGENOL. ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO QUE OS CIMENTOS PROVISÓRIOS DO MERCADO. PRESA RÁPIDA: RÁPIDO ENDURECIMENTO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA :DENTSPLY. AMOSTRA.		MÉDICOS, HOSPITALARES EIRELI)	
293	ESCOVA DENTAL PARA BEBÊ, CERDAS DE NYLON EXTRA MACIA, ALTURA DAS CERDAS MÁX. 8MM, CABEÇA PEQUENA LARGURA MÁX. 10MM E COMPRIMENTO 15MM, TAMANHO 13CM, COM TUFO DE CERDAS APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGÊNEAS, CABO TEXTURIZADO. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº97 DE 26 DE JUNHO DE 1996. EMBALADA INDIVIDUALMENTE (COM PROTEÇÃO DE CERDAS). AMOSTRA	UNIDADE	MEDFIO / FLOPPY -CABO TEXTURIZADO (DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS, HOSPITALARES EIRELI)	
436	KIT ESCOVAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (CREME DENTAL 50GR COM FLÚOR 1100PPM APRESENTAR CERTIFICADO DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA), FIO DENTAL DE 25M E ESCOVA DENTAL DE CERDAS EXTRA MACIAS, CABEÇA PEQUENA, CABO TEXTURIZADO, ESTOJO PLÁSTICO COM UM LADO TRANSPARENTE COM FECHAMENTO POR BOTÃO DE PRESSÃO COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR UM CREME DENTAL 50GR, UMA ESCOVA DENTAL E UM FIO DENTAL DE 25M AMOSTRA	KIT	MEDFIO(CABO TEXTURIZADO)/ICEFRESH / FREEDENT(DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS, HOSPITALARES EIRELI)	
565	PINÇA KELLY 12CM RETA- AMOSTRA	UNIDADE		Não veio amostra
734	TESOURA CIRÚRGICA RETA 12CM. AÇO INOXIDÁVEL. AMOSTRA	UNIDADE		Não veio amostra
182	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO – KIT COM PÓ E LÍQUIDO –AUTOPOLIMERIZÁVEL. ADESÃO AO ESMALTE E A DENTINA, DISPENSA. DEVIDO À SUA COMPOSIÇÃO, APRESENTA BOA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO, ESTABILIDADE DE COR E TRANSLUCIDEZ ADEQUADA A UM MATERIAL ESTÉTICO RESTAURADOR. ALTA LIBERAÇÃO DE FLÚOR E O EQUILÍBRIO DO PH AUXILIAM NA PROFILAXIA DENTAL. (AMOSTRA)	KIT	VIDRION R PLUS (SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME)	
228	CUNHA DE MADEIRA ANATÔMICA SORTIDAS CAIXA 100 UNIDADES. AMOSTRA	CAIXA 100,00 UN	TDV(DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS, HOSPITALARES EIRELI)	IODONTOSUL / IODONTOSUL- não atende ao descritivo.
435	KIT ESCOVAÇÃO INFANTIL (CREME DENTAL 50GR COM FLÚOR MÍNIMO 1100PPM APRESENTAR CERTIFICADO DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA), FIO DENTAL DE 25M E ESCOVA DENTAL DE CERDAS EXTRA MACIAS, CABEÇA PEQUENA, CABO TEXTURIZADO, ESTOJO PLÁSTICO COM UM LADO TRANSPARENTE COM FECHAMENTO POR BOTÃO DE PRESSÃO COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR UM CREME DENTAL 50GR, UMA ESCOVA DENTAL E UM FIO DENTAL DE 25M AMOSTRA	KIT	MEDFIO(CABO TEXTURIZADO)/ICEFRESH / HIGIX (DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS, HOSPITALARES EIRELI)	

145	Brunidor para amálgama nº 6 - Cabeça pequena (Amostra)	UNIDADE	Golgran- a comissão decide classificar apenas a marca Golgran pois já é conhecida dos dentistas, as demais marcas cotadas não são conhecidas pelos profissionais.	Não veio amostra
147	Cabo para espelho bucal sextavado em (Aço Inoxidável) para teste com espelho. GARANTIA DE 10 ANOS. (Amostra)	UNIDADE	Golgran- a comissão decide classificar apenas a marca Golgran pois já é conhecida dos dentistas, as demais marcas cotadas não são conhecidas pelos profissionais.	Não veio amostra
305	Esculpidor Holleback nº3S (Amostra para confirmação de tamanho e corte)	UNIDADE	Golgran- a comissão decide classificar apenas a marca Golgran pois já é conhecida dos dentistas, as demais marcas cotadas não são conhecidas pelos profissionais.	Não veio amostra
360	FITA ADESIVA HOSPITALAR DE PAPEL CRESADO PARA AUTOCLAVE 19MM X 30. INDICADOR QUÍMICO TIPO 1 - ISO 11140-1. PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PACOTES EMBALADOS COM TECIDO A SEREM ESTERILIZADOS EM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. A VIRAGEM OCORRE EM LISTAS NEGRAS BEM IDENTIFICÁVEIS, APÓS SER UTILIZADA NAS ETAPAS DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVAGEM. MEDIDA: 19MMX30M. (VALIDADE ESTENDIDA, DOIS ANOS)- AMOSTRA	UNIDADE	SSPLUS- considerando que não foram encaminhadas mais amostras nessa segunda chamada, a comissão decide classificar apenas a marca SSPLUS pois já é conhecida e atende ao descritivo.	
744	Touca descartável sanfonada com elástico duplo, gramatura 20, cor branca, tamanho grande, importante o elastico ter capacidade para segurar os cabelos. Pacote com 100 unidades. (Amostra)	PACOTE 100UN	Não foram apresentadas amostras para esse item ,as a comissão decide em classificar a marca Anadona, tendo em vista que está marca estava sendo fornecida no pregão 03/2022.	.
745	Touca descartável sanfonada e com elástico, gramatura 20 cor branca. Pacote com 100 unidades. (Amostra)	PACOTE 100UN	Por ter o mesmo descritivo semelhante ao item 744, a comissão decide em deixar o item 745 deserto e manter o item 744.	
31	Alginato compressa a regular, aroma menta para impressões, refil com 454 g Alginato tipo I: presa rápida, para impressões; Sabor: tutti-frutti; Grande elasticidade e resistência ao rasgamento; muda de cor uma única vez;	REFIL 454 G	DENTSPLY / JELTRATE PLUS- a comissão decide classificar apenas a marca acima cotada pela empresa ODONTOMEDI, pois já é conhecida dos	não apresentou amostra.

	Excelente compatibilidade com gesso odontológico. (Amostra)		dentistas, e a tende ao descritivo.	
178	CIMENTO ENDODÔNTICO (CONJ. PO 12GM +LIQ 10ML). APRESENTA BOA TOLERÂNCIA PELOS TECIDOS APICAIS, RADIOACIDADE E IMPERMEABILIDADE. POSSUI FINA GRANULAÇÃO, PROPORCIONANDO UMA MISTURA HOMOGÊNEA E UM PERFEITO ESCOAMENTO. CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. COMPOSIÇÃO PÓ: ÓXIDO DE ZINCO, RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISMUTO, SULFATO DE BÁRIO E BOARIO EBORATO DE SÓDIO ENDOFIL LIQUIDO: EUGENOL, ÓLEO DEAMENDOAS E BHT. TEMPO DE PRESA 20 MINUTOS. AMOSTRA.	KIT	ENDOFILL DENTSPLY- a comissão decide classificar apenas a marca acima cotada pela empresa SANTA LÚCIA, pois já é conhecida dos dentistas, e a tende ao descritivo.	não apresentou amostra.
225	Cunha de madeira anatômica nº1 20caixa 100 unidades (Amostra para análise de tamanho e resistência)	CAIXA 100UN	TDV(ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA)	
39	AMALGAMADOR, COM TAMPA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE ALTO IMPACTO. TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL ATÉ 99 SEGUNDOS, CONSERVA O TEMPO PRÉ-DETERMINADO PARA UMA NOVA OPERAÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA: O EQUIPAMENTO FUNCIONA SOMENTE COM TAMPA ACRÍLICA PROTETORA (9) FECHADA, EMITINDO BIPS DE ADVERTÊNCIA SE A MESMA ESTIVER ABERTA. BIVOLTS AUTOMÁTICO- 127/220V. SELEÇÃO DE BAIXA E ALTA VELOCIDADE. CORPO INJETADO EM ABS. GRANDE AMPLITUDE E FREQUÊNCIA DA HASTE, EM FORMA DE OITO. BIELA DE TRANSMISSÃO COM ROLAMENTO DE DUPLA BLINDAGEM. SISTEMA DE AMORTECEDORES, ANULANDO AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA ASTE. BASE ABS COM APOIOS EMBORRACHADOS GARANTINDO UMA PERFEITA ESTABILIDADE. SILENCIOSO E DE FÁCIL LIMPEZA. TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO. POTÊNCIA DO MOTOR 35W. FREQUÊNCIA DO MOTOR 50/60HZ. GARANTIA DE 1 ANO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: SHUSTER. AMOSTRA.	UNIDADE	SCHUSTER / VIBRAMAT CAPSULAR SPEED II(SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIREL)	
396	Gaze Hidrófila, confeccionada com 13 fios, em tamanho 7,5x7,5cm e 15x30cm aberta, com 5 dobras, 8 camadas, bordas devidamente voltadas para dentro, com peso mínimo de 450g por pacote, deve atender as normas da ABNT e especificações da NBR 13.843, embalada em pacotes com 500 peças por pacote. Com BPF (Boas Práticas de Fabricação). (Amostra)	PACOTE 500UN	SOFFE(RAPIDA PRODUTOS PARA SAUDE)	
218	CONTRA ÂNGULO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, EXTREMO SISTEMA PRESS BUTTON, ROTAÇÃO MÁXIMA DE ACIONAMENTO 40000 RPM, ROTAÇÃO MÁXIMA NA PONTA BRANCA 200000, FILTRO DE ÁGUA INCORPORADO AO INSTRUMENTO, ACOPLAMENTO INTRAMATIC, PARA USO DE BROCCAS DE 2,35MM E DIÂMETRO 16MM, GARANTIA DE 12 MESES.	KIT	Schuster (DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA)	

	(VALIDADE ESTENDIDA, DOIS ANOS) - OBS: SE NECESSÁRIO MANUTENÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE (DOIS ANOS), O PRODUTO DEVERÁ SER RETIRADO NO MUNICÍPIO PELA EMPRESA FORNECEDORA DO MESMO, NO PRAZO MÁXIMO DE 24H APÓS SOLICITADO, COM DEVOLUÇÃO DO PRODUTO EM PERFEITO FUNCIONAMENTO NO PRAZO MÁXIMO DE 10 DIAS. O ITEM SÓ DEVERÁ SER COTADO POR EMPRESAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PARA MANUTENÇÃO.			
402	GESSO TIPO IV PRODUZIDO PELO PROCESSO DE CALCIFICAÇÃO EM AUTOCLAVE. ELEVADA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E ABRASÃO. MELHOR ESCOAMENTO EM MOLDES DE SILICONES E POLIÉSTER. TEMPO DA PRESA: 8 A 10 MINUTOS. EXPANSÃO DA PRESA 0,08%, RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO. ÚMIDA- ACIMA DE 490KGF/CM2(7000PSI). SECO ACIMA DE 900 KGF/*CM2(13000PSI).	EMBALA GEM 1,00 KG	YAMAY / YAMAY (DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MEDICOS, HOSPITALARES EIRELI)	
164	Caneta de alta rotação, pusch boton, rotação máxima 335.000 rpm com 64decibeis, spray tripla rotação, torque de 0,13Ncm, esterilizável em autoclave. (VALIDADE ESTENDIDA, DOIS ANOS) - OBS: Se necessário manutenção dentro do prazo de validade (Dois anos), o produto deverá ser retirado no município pela empresa fornecedora do mesmo, no prazo máximo de 24h após solicitado, com devolução do produto em perfeito funcionamento no prazo máximo de 10 dias. O Item só deverá ser cotado por empresas que atendam as exigências para manutenção.	unidade	SCHUSTER / SCHUSTER (ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA)	
56	Autoclave 21 L analógica, bivolt automático, desaceleração e despressurização automática, tampa e câmara em aço inox, com 3 bandejas, espaço para 4 bandejas, secagem ultra eficiente, 27 programas de segurança, 2 anos de garantia	unidade	CROSTOFOLI- /AUTOCLAVE VITALE CLASS (ALTERMED)	STERMAX 21L- não especifica se tem espaço para 4 bandejas. Não possui 27 programas de segurança.  DENTEMED / AUTO PRIME 21- BIVOLT- não possui espaço para 4 bandejas. Não comprova possuir garantia de 2 anos. Não possui 27 programas de segurança.
57	Autoclave 54 L espaço para 4 bandejas, analógica, bivolt, câmara em aço inox, 4 bandejas em alumínio anodizado, abastecimento automático com indicação de falta de água, sistemas de segurança, sistemas de fechamento, com 6 pontos de apoio, sistema de rastreabilidade e sistema com microcontrolador, dimensão interna 34 X 61 cm, com 2 anos de garantia	unidade	CRISTÓFOLI / VITALE CLASS CD 54L(DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA)	
66	BICARBONATO DE SÓDIO PÓ EXTRA FINO PARA PROFILAXIA ORAL 250GM. NO MAIS ALTO GRAU DE PUREZA DISPONÍVEL; REMOVE A PLACA BACTERIANA; TEM JATEAMENTO AMPLO, LIVRE E CONTÍNUO; NÃO CAUSA DANOS AO ESMALTE E GENGIVA. COMPOSIÇÃO: BICARBONATO DE SÓDIO PURO (99,6%). ANIDRO SILÍCIO E ESSÊNCIA. COM	EMBALA GEM 250,00 G		IODONTOSUL E MAQUIRA- marcas cotadas não atendem ao descritivo

	GRANULAÇÃO EXTRAFINA. RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE. PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. INDICADO PARA PROFILAXIA. EMBALAGEM 250G. APRESENTAR BULA QUE COMPROVE A CONCENTRAÇÃO DE BICARBONATO			
453	Lima de endodontia nº25 tipo k 21mm. Kit com 6 unidades K-FILE. Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper). 02. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade	kit	Dentsplay- a comissão decide classificar apenas a marca acima cotada pela empresa SANTA LÚCIA, pois já é conhecida dos dentistas, e a tende ao descritivo.	TDK- testada pela endodontista da unidade de Maravilha/SC, relatou que possui pouco corte , maior risco de fratura intracanal e pouca “elasticidade”
459	Lima de endodontia nº40 tipo k 25mm. Kit com 6 unidades K-FILE. Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper). 02. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.	kit	Dentsplay- a comissão decide classificar apenas a marca acima cotada pela empresa SANTA LÚCIA, pois já é conhecida dos dentistas, e a tende ao descritivo.	TDK- testada pela endodontista da unidade de Maravilha/SC, relatou que possui pouco corte , maior risco de fratura intracanal e pouca “elasticidade”
460	Lima de endodontia nº45 tipo k 25mm. Kit com 6 unidades K-FILE. Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper). 02. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.	kit	Dentsplay- a comissão decide classificar apenas a marca acima cotada pela empresa SANTA LÚCIA, pois já é conhecida dos dentistas, e a tende ao descritivo.	TDK- testada pela endodontista da unidade de Maravilha/SC, relatou que possui pouco corte , maior risco de fratura intracanal e pouca “elasticidade”
463	Lima de endodontia primeira série, 25mm. Kit com 6 unidades (HEDSTROM)	kit	Angelus- a comissão decide classificar apenas a marca acima cotada pela empresa Dental Higix, pois já é conhecida dos dentistas, e a tende ao descritivo.	TDK- testada pela endodontista da unidade de Maravilha/SC, relatou que possui pouco corte , maior risco de fratura intracanal e pouca “elasticidade”
464	Lima de endodontia primeira série, 25mm. Kit com 6 unidades K-FILE. Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper). 02. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.	kit	Angelus- a comissão decide classificar apenas a marca acima cotada pela empresa Dental Higix, pois já é conhecida dos dentistas, e a tende ao descritivo	TDK- testada pela endodontista da unidade de Maravilha/SC, relatou que possui pouco corte , maior risco de fratura intracanal e pouca “elasticidade”
465	Lima de endodontia primeira série, 31mm. Kit com 6 unidades (HEDSTROM)	kit	Angelus- a comissão decide classificar apenas a marca acima cotada pela empresa Dental Higix, pois já é conhecida dos dentistas, e a tende ao descritivo	TDK- testada pela endodontista da unidade de Maravilha/SC, relatou que possui pouco corte , maior risco de fratura intracanal e pouca “elasticidade”
466	Lima de endodontia primeira série, 31mm. Kit com 6 unidades K-FILE. Instrumento de aço inoxidável	kit	Angelus- a comissão decide classificar apenas	TDK- testada pela endodontista da

	fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper). 02. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.		a marca acima cotada pela empresa Dental Higix, pois já é conhecida dos dentistas, e a tende ao descritivo	unidade de Maravilha/SC, relatou que possui pouco corte , maior risco de fratura intracanal e pouca "elasticidade"
467	Lima de endodontia segunda série, 25mm. Kit com 6 unidades (HEDSTROM)	kit	Angelus- a comissão decide classificar apenas a marca acima cotada pela empresa Dental Higix, pois já é conhecida dos dentistas, e a tende ao descritivo	TDK- testada pela endodontista da unidade de Maravilha/SC, relatou que possui pouco corte , maior risco de fratura intracanal e pouca "elasticidade"
468	Lima de endodontia segunda série, 25mm. Kit com 6 unidades K-FILE. Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper). 02. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.	kit	Angelus- a comissão decide classificar apenas a marca acima cotada pela empresa Dental Higix, pois já é conhecida dos dentistas, e a tende ao descritivo	TDK- testada pela endodontista da unidade de Maravilha/SC, relatou que possui pouco corte , maior risco de fratura intracanal e pouca "elasticidade"
446	LIMA DE ENDODONTIA NÚMERO 35 TIPO K, 21 MM, K-FILE. KIT COM 6 UNIDADES	EMBALA GEM COM 6UN	KAVO/KAVO- a comissão decide manter a marca da segunda colocada.	DENCO-- testada pela endodontista da unidade de Maravilha/SC, relatou que possui pouco corte , maior risco de fratura intracanal e pouca "elasticidade"
448	Lima de endodontia nº10 tipo k 25mm. Kit com 6 unidades K-FILE. Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper). 02. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.	KIT	KAVO/KAVO- a comissão decide manter a marca da segunda colocada	DENCO-- testada pela endodontista da unidade de Maravilha/SC, relatou que possui pouco corte , maior risco de fratura intracanal e pouca "elasticidade"
449	Lima de endodontia nº15 tipo k 21mm. Kit com 6 unidades K-FILE. Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper). 02. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.	KIT	KAVO/KAVO- a comissão decide manter a marca da segunda colocada	DENCO-- testada pela endodontista da unidade de Maravilha/SC, relatou que possui pouco corte , maior risco de fratura intracanal e pouca "elasticidade"
450	Lima de endodontia nº15 tipo k 25mm. Kit com 6 unidades K-FILE. Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper). 02. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.	KIT	KAVO/KAVO- a comissão decide manter a marca da segunda colocada	DENCO-- testada pela endodontista da unidade de Maravilha/SC, relatou que possui pouco corte , maior risco de fratura intracanal e pouca "elasticidade"



451	Lima de endodontia nº20 tipo k 21mm. Kit com 6 unidades K-FILE. Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper). 02. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.	KIT	KAVO/KAVO- a comissão decide manter a marca da segunda colocada	DENCO-- testada pela endodontista da unidade de Maravilha/SC, relatou que possui pouco corte , maior risco de fratura intracanal e pouca "elasticidade"
452	Lima de endodontia nº20 tipo k 25mm. Kit com 6 unidades K-FILE. Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper). 02. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.	KIT	KAVO/KAVO- a comissão decide manter a marca da segunda colocada	DENCO-- testada pela endodontista da unidade de Maravilha/SC, relatou que possui pouco corte , maior risco de fratura intracanal e pouca "elasticidade"
454	Lima de endodontia nº25 tipo k 25 mm. Kit com 6 unidades K-FILE. Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper). 02. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.	KIT	Dentsplay- a comissão decide classificar apenas a marca acima cotada pela empresa SANTA LÚCIA, pois já é conhecida dos dentistas, e a tende ao descritivo.	DENCO-- testada pela endodontista da unidade de Maravilha/SC, relatou que possui pouco corte , maior risco de fratura intracanal e pouca "elasticidade"
455	Lima de endodontia nº30 tipo k 21mm. Kit com 6 unidades K-FILE. Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper). 02. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade	KIT	Dentsplay- a comissão decide classificar apenas a marca acima cotada pela empresa SANTA LÚCIA, pois já é conhecida dos dentistas, e a tende ao descritivo.	DENCO-- testada pela endodontista da unidade de Maravilha/SC, relatou que possui pouco corte , maior risco de fratura intracanal e pouca "elasticidade"
456	Lima de endodontia nº30 tipo k 25mm. Kit com 6 unidades K-FILE. Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper). 02. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.	KIT	Dentsplay- a comissão decide classificar apenas a marca acima cotada pela empresa SANTA LÚCIA, pois já é conhecida dos dentistas, e a tende ao descritivo.	DENCO-- testada pela endodontista da unidade de Maravilha/SC, relatou que possui pouco corte , maior risco de fratura intracanal e pouca "elasticidade"
457	Lima de endodontia nº35 tipo k 25mm. Kit com 6 unidades K-FILE. Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper). 02. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade	KIT	Dentsplay- a comissão decide classificar apenas a marca acima cotada pela empresa SANTA LÚCIA, pois já é conhecida dos dentistas, e a tende ao descritivo.	DENCO-- testada pela endodontista da unidade de Maravilha/SC, relatou que possui pouco corte , maior risco de fratura intracanal e pouca "elasticidade"
458	Lima de endodontia nº40 tipo k 21mm. Kit com 6 unidades K-FILE. Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper). 02. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.	KIT	Dentsplay- a comissão decide classificar apenas a marca acima cotada pela empresa SANTA LÚCIA, pois já é conhecida dos dentistas, e a tende ao descritivo.	DENCO-- testada pela endodontista da unidade de Maravilha/SC, relatou que possui pouco corte , maior risco de fratura

				intracanal e pouca "elasticidade"
461	Lima de endodontia nº8 tipo k 21mm. Kit com 6 unidades K-FILE. Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper). 02. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.	KIT	Dentsplay- a comissão decide classificar apenas a marca acima cotada pela empresa SANTA LÚCIA, pois já é conhecida dos dentistas, e a tende ao descritivo.	DENCO-- testada pela endodontista da unidade de Maravilha/SC, relatou que possui pouco corte , maior risco de fratura intracanal e pouca "elasticidade"
462	Lima de endodontia nº8 tipo k 25mm. Kit com 6 unidades K-FILE. Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper). 02. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade	KIT	Dentsplay- a comissão decide classificar apenas a marca acima cotada pela empresa SANTA LÚCIA, pois já é conhecida dos dentistas, e a tende ao descritivo.	DENCO-- testada pela endodontista da unidade de Maravilha/SC, relatou que possui pouco corte , maior risco de fratura intracanal e pouca "elasticidade"
471	Lima endodôntica rotatória com movimento reciprocante para ser usada no aparelho X SMART PLUS. Kit com 6 limas 25mm	KIT	Maillefer- a comissão decide classificar a marca acima, cotada pela empresa ODONTOMEDI, pois já é conhecida dos dentistas, e a tende ao descritivo	Marca rejeitada pela comissão. UNIV- testada pela endodontista da unidade de Maravilha/SC, relatou que a Lima rotatória Univy tem maior risco de fratura em canais mais complexos, atresicos ou com curvaturas mais acentuadas
472	Lima endodôntica rotatória com movimento reciprocante para ser usada no aparelho X SMART PLUS. Kit com 6 limas 31mm	KIT	Maillefer- a comissão decide classificar a marca acima, cotada pela empresa ODONTOMEDI, pois já é conhecida dos dentistas, e a tende ao descritivo.	UNIV- testada pela endodontista da unidade de Maravilha/SC, relatou que a Lima rotatória Univy tem maior risco de fratura em canais mais complexos, atresicos ou com curvaturas mais acentuadas
473	Lima endodôntica rotatória com movimento sentido horário para ser usada no aparelho X SMART PLUS. Kit com 6 limas 25mm	KIT	MKLIFE / MKLIFE- a comissão decide manter a marca cotada pela segunda colocada..	UNIV- testada pela endodontista da unidade de Maravilha/SC, relatou que a Lima rotatória Univy tem maior risco de fratura em canais mais complexos, atresicos ou com curvaturas mais acentuadas
474	Lima endodôntica rotatória com movimento sentido horário para ser usada no aparelho X SMART PLUS. Kit com 6 limas 31mm	KIT	MKLIFE / MKLIFE- a comissão decide manter a marca cotada pela segunda colocada.	UNIV- testada pela endodontista da unidade de Maravilha/SC, relatou que a Lima rotatória Univy tem maior risco de fratura

				em canais mais complexos, atresicos ou com curvaturas mais acentuadas
--	--	--	--	---

Apesar de alguns itens ficarem com o valor superior a referência, a comissão analisou a relação do custo/benefício, pela aquisição de produtos de melhor qualidade, ainda, foram feitas pesquisas consultas com fornecedores bem como pesquisa pela internet para verificar se os preços estavam de acordo com o praticado no mercado. Não havendo mais nada a tratar, a Pregoeira do CIGAMERIOS deu por encerrada a reunião, concluindo a presente ata que vai assinada pelo presentes.

---

Poliana Patrícia Kittel Grunitzky  
Pregoeira- resolução 18/2022

---

Julia Maria Spessato Zanco  
Tigrinhos

---

Lovani Teresinha Pavi Schappo  
Maravilha

---

Fernanda Baldissera  
Bom Jesus do Oeste