

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

ERRATA**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 26/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024**

O CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS – CIGAMERIOS, torna público aos interessados que o Edital do Pregão Eletrônico n. 10/2024, sofreu alteração no descritivo e valor dos itens 33, 34, 56 e 85, passando a constar a seguinte redação.

ONDE SE LÊ:

LOTE	ITEM	UN	TOTAL	VALOR REF.
33	CONCENTRADOR DE OXIGENIO PORTATIL FUNÇÕES DE FOTOCATALISADOR DE CARBONO ATIVO PARA REMOVER POEIRA, BACTÉRIAS E ODORES DO AR. PERMITE AO PACIENTE REALIZAR DESLOCAMENTO. CAPACIDADE DE ATÉ 5LPM (LITROS POR MINUTO) ACOMPANHA: 1 ESPIRADOR NASAL, 1 BATERIA, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 1 CABO DE CARREGAMENTO DA BATERIA, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO DO CARRO, MANUAL, 1 MALETA DE TRANSPORTE. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UNIDADE	43	3.940,5000
34	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PORTÁTIL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE. TIPO ESTACIONÁRIO. COM MEDIDOR DE FLUXO. ESPAÇO PARA O UMIDIFICADOR. PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO EM UMA CONCENTRAÇÃO DE 93% (+/-3%). VAZÃO DE OXIGÊNIO DE ATÉ 5 LITROS/MINUTO OU SUPERIOR. MODO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. ALARME VISUAL E SONORO EM CASO DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ABAIXO DE 82%. RUÍDO DE ATÉ 48 DB. 3 ACOMPANHA 01 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO E 1 FRASCO UMIDIFICADOR. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES	UNIDADE	57	16.500,0000
56	LEITOR PARA MONITORAMENTO DE SENSOR DE GLICEMIA, INTERSTICIAL COMPATÍVEL COM O ITEM 85.	UNIDADE	198	355,9300
85	SENSOR PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA, INTERSTICIAL, APLICADO NA PARTE POSTERIOR DO BRAÇO, COM APLICADOR DE APOIO COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 10 DIAS. DEVERÁ ESTAR VINCULADO A SOFTWARE OU APLICATIVO DE CELULAR (ANDROID/IPHONE) PARA MONITORAMENTO E ESTATÍSTICA DE ACOMPANHAMENTO NO PERÍODO. O SENSOR DEVERÁ AUTORIZAR A CHECAGEM DA GLICOSE SEMPRE QUE APROXIMAR O CELULAR OU LEITOR.	UNIDADE	545	366,6000

LEIA-SE:

LOTE	ITEM	UN	TOTAL	VALOR REF.
33	CONCENTRADOR DE OXIGENIO PORTÁTIL, QUE PERMITE AO PACIENTE REALIZAR DESLOCAMENTO, QUE SEJA COMPACTO E FÁCIL DE TRANSPORTAR. VAZÃO DE OXIGÊNIO DE ATÉ 2 L/MIN(LITROS POR MINUTO). ACOMPANHA: 1 ESPIRADOR NASAL, 1 BATERIA, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 1 CABO DE CARREGAMENTO DA BATERIA, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO DO CARRO, MANUAL, 1 MALETA DE TRANSPORTE. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UNIDADE	43	16.500,0000
34	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PORTÁTIL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE. TIPO ESTACIONÁRIO. COM MEDIDOR DE FLUXO. ESPAÇO PARA O UMIDIFICADOR. PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO EM UMA CONCENTRAÇÃO DE 93% (+/-3%). VAZÃO DE OXIGÊNIO DE ATÉ 5 LITROS/MINUTO OU SUPERIOR. MODO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. ALARME VISUAL E SONORO EM CASO DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ABAIXO DE 82%. RUÍDO DE ATÉ 48 DB. 3 ACOMPANHA 01 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO E 1 FRASCO UMIDIFICADOR. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES	UNIDADE	57	3.940,5000
56	TRANSMISSOR/LEITOR PARA MONITORAMENTO DE SENSOR DE GLICEMIA, INTERSTICIAL COMPATÍVEL COM O ITEM 85.	UNIDADE	198	355,9300

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

85	SENSOR PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA, INTERSTICIAL, APLICADO NA PARTE POSTERIOR DO BRAÇO, COM APLICADOR DE APOIO COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 10 DIAS. DEVERÁ ESTAR VINCULADO A SOFTWARE OU APLICATIVO DE CELULAR (ANDROID/IPHONE) PARA MONITORAMENTO E ESTATÍSTICA DE ACOMPANHAMENTO NO PERÍODO. O SENSOR DEVERÁ AUTORIZAR A CHECAGEM DA GLICOSE SEMPRE QUE APROXIMAR O CELULAR, LEITOR OU POR BLUETOOTH.	UNIDADE	545	366,6000
----	--	---------	-----	----------

E, por conseguinte, considerando que o processo não possui nenhuma proposta cadastrada até o momento, ficam inalterados todos os demais termos e prazos do Edital.

Maravilha, SC, em 22 de outubro de 2024.

Sidnei José Willinghofer
Presidente do CIGAMERIOS
Prefeito de Flor do Sertão