

AO

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2024 – PROCESSO 026/2024**

Recurso administrativo

Ilma. Sra. Autoridade Responsável,

A COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA., devidamente qualificada no certame em epígrafe, neste ato representada na forma de sua procuração, vem, tempestiva e respeitosamente, com fundamento nos diplomas normativos correspondentes e no item 19.4 e seguintes do Edital, apresentar **RAZÕES DE RECURSO**, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

1. DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO

Naquilo que diz respeito à tempestividade, destaque-se que a manifestação da intenção de recurso foi realizada em 30/10/2024 e admitida no mesmo dia. Assim, considerando o prazo de três dias indicado no tópico 19.4 do Edital, perfeitamente tempestivo o presente petítório.

2. DA BREVE SÍNTESE FÁTICA

A Recorrente MACROSUL participou do certame em epígrafe para contratação do seguinte objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS, EVENTUAIS E PARCELADAS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS E CORRELATOS, pelos seguintes municípios participantes: BOM JESUS DO OESTE, CAIBI, CAMPO ERÊ, CUNHA PORÃ, CUNHATAÍ, FLOR DO SERTÃO, IRACEMINHA, MARAVILHA, MODELO, PALMITOS, RIQUEZA, ROMELÂNDIA, SALTINHO, SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO, SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, SAUDADES E TIGRINHOS, conforme quantidades estimadas e especificações do termo de referência (Anexo I), que é parte indissociável deste edital.

Assim, especialmente em relação ao item 38 do ANEXO, exigiu-se as seguintes especificações técnicas:




Descritivo do edital:

- **ITEM 38:** DERMATOSCOPIO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LENTE QUE PERMITE O AUMENTO DA IMAGEM ENTRE 8 E 10 VEZES. CABO EM METAL. PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA. APRESENTAR INCIDÊNCIA FOCAL DE LUZ. ACOMPANHA ESTOJO E MANUAL DE INSTRUÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.

Dessa forma, após abertura do certame, dos devidos trâmites processuais, e do estabelecimento da ordem de classificação, com a conseguinte declaração da empresa **AMB Distribuidora de Medicamento e Materiais Hospitalares Ltda** como vencedora do certame para o item 38, facultou-se a análise dos documentos às demais licitantes, abrindo-se prazo para a intenção de recurso.


Após análise da marca/modelo ofertado pela licitante declarada vencedora para o referido item, observou-se que esta não atendeu à exigência do Edital quando da apresentação da sua proposta.

A empresa primeira colocada **AMB Distribuidora de Medicamento e Materiais Hospitalares Ltda**, arrematou o **item 38** com a marca Missouri, modelo LED, o qual não atende ao quesito **Certificação do Inmetro**, pois, o mesmo não possui o documento, de acordo com as informações constantes na consulta realizada no site do próprio Inmetro, conforme abaixo:



Encontrado(s) 43 Produto(s) que satisfaz(em) sua pesquisa

Marca (Clique para detalhes)	Modelo	Importado	Descrição
MD	OMNI	1	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO (EQUIPAMENTO): 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA (2.5V) TENSÃO (CARREGADOR): 100-240 VAC FREQÜÊNCIA (CARREGADOR): 50/60 HZ CORRENTE SAÍDA (CARREGADOR): 1A
NITROSPRAY	D20 - AZUL	0	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: BATERIA 3.7 V FREQÜÊNCIA - POTÊNCIA/CORRENTE: 2.4 W
NITROSPRAY	D20 - BRANCO	0	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: BATERIA 3.7 V FREQÜÊNCIA - POTÊNCIA/CORRENTE: 2.4 W
NITROSPRAY	D20 - DOURADO	0	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: BATERIA 3.7 V FREQÜÊNCIA - POTÊNCIA/CORRENTE: 2.4 W
NITROSPRAY	D20 - FÚCSIA	0	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: BATERIA 3.7 V FREQÜÊNCIA - POTÊNCIA/CORRENTE: 2.4 W
NITROSPRAY	D20 - PRATA	0	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: BATERIA 3.7 V FREQÜÊNCIA - POTÊNCIA/CORRENTE: 2.4 W
NITROSPRAY	D20 - PRETO	0	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: BATERIA 3.7 V FREQÜÊNCIA - POTÊNCIA/CORRENTE: 2.4 W
NITROSPRAY	D20 - ROSA	0	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: BATERIA 3.7 V FREQÜÊNCIA - POTÊNCIA/CORRENTE: 2.4 W
NITROSPRAY	D20 - VERDE	0	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: BATERIA 3.7 V FREQÜÊNCIA - POTÊNCIA/CORRENTE: 2.4 W
NITROSPRAY	D20 - VERMELHO	0	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: BATERIA 3.7 V FREQÜÊNCIA - POTÊNCIA/CORRENTE: 2.4 W
NITROSPRAY	DERMA M2: AZUL, BRANCO, DOURADO, FÚCSIA, PRATA, PRETO, ROSA, VERDE E VERMELHO.	0	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: BATERIA 3.7 V FREQÜÊNCIA - POTÊNCIA/CORRENTE: 2.4 W
NITROSPRAY	DMINI - PRATA	0	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: 02 PILHAS X 12 V FREQÜÊNCIA - POTÊNCIA/CORRENTE: 1.62 W
NITROSPRAY	DMINI - PRETO	0	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: 02 PILHAS X 12 V FREQÜÊNCIA - POTÊNCIA/CORRENTE: 1.62 W



▼Marca (Clique para detalhes)	▼Modelo	▼Importado	▼Descrição
CELEBRIM	DE-3100	1	DERMATOSCÓPIO/ALIMENTAÇÃO: 9V.C.C., 0.5A/BATERIA: 3,7V.C.C., 1000MAH/CONTÍNUO TIPO B/ENERGIZADO INTERNAMENTE/PIXO
DELTA	DELTA30	1	DERMATOSCÓPIO USB 2.0 MICRO B: 5V DC, 1.2 A
DELTA	DELTA30E	1	DERMATOSCÓPIO USB 2.0 MICRO B: 5V DC, 850 MA
DELTA	DELTA30 PRO	1	DERMATOSCÓPIO / USB-C: 5V DC, 1.2 A
HEINE	C1.410.114	1	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: 2xAAA PILHAS ALCALINAS, 2.5 V POTÊNCIA/CORRENTE: 23MA PRETO
LUXAMED	C1.410.014	1	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: 2xAAA PILHAS ALCALINAS, 2.5 V POTÊNCIA/CORRENTE: 23MA BRANCO
LUXAMED	C1.410.034	1	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: 2xAAA PILHAS ALCALINAS, 2.5 V POTÊNCIA/CORRENTE: 23MA BRANCO/AZUL BRANCO
LUXAMED	C1.410.044	1	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: 2xAAA PILHAS ALCALINAS, 2.5 V POTÊNCIA/CORRENTE: 23MA BRANCO/COLZA AMARELO
LUXAMED	C1.410.054	1	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: 2xAAA PILHAS ALCALINAS, 2.5 V POTÊNCIA/CORRENTE: 23MA BRANCO/JADE VERDE
LUXAMED	C1.410.064	1	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: 2xAAA PILHAS ALCALINAS, 2.5 V POTÊNCIA/CORRENTE: 23MA BRANCO/LILAS DELICADO
LUXAMED	C1.410.074	1	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: 2xAAA PILHAS ALCALINAS, 2.5 V POTÊNCIA/CORRENTE: 23MA BRANCO/MAGENTA
LUXAMED	C1.426.114	1	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: BATERIA DE LÍTIU DE 1x3,7V FONTE DE ALIMENTAÇÃO GTM46101-1006-USB; TENSÃO: 100/240 V, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, 0.3 A PRETO
LUXAMED	C1.426.014	1	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: BATERIA DE LÍTIU DE 1x3,7V FONTE DE ALIMENTAÇÃO GTM46101-1006-USB; TENSÃO: 100/240 V, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, 0.3 A BRANCO
LUXAMED	C1.510.114	1	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: 2xAAA PILHAS ALCALINAS, 2.5 V POTÊNCIA/CORRENTE: 23MA PRETO COM ESCALA
LUXAMED	C1.510.014	1	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: 2xAAA PILHAS ALCALINAS, 2.5 V POTÊNCIA/CORRENTE: 23MA BRANCO COM ESCALA
LUXAMED	C1.510.034	1	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: 2xAAA PILHAS ALCALINAS, 2.5 V POTÊNCIA/CORRENTE: 23MA BRANCO/AZUL BRANCO COM ESCALA
LUXAMED	C1.510.044	1	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: 2xAAA PILHAS ALCALINAS, 2.5 V POTÊNCIA/CORRENTE: 23MA BRANCO/COLZA AMARELO COM ESCALA
LUXAMED	C1.510.054	1	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: 2xAAA PILHAS ALCALINAS, 2.5 V POTÊNCIA/CORRENTE: 23MA BRANCO/JADE VERDE COM ESCALA
LUXAMED	C1.510.064	1	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: 2xAAA PILHAS ALCALINAS, 2.5 V POTÊNCIA/CORRENTE: 23MA BRANCO/LILAS DELICADO COM ESCALA
LUXAMED	C1.510.074	1	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: 2xAAA PILHAS ALCALINAS, 2.5 V POTÊNCIA/CORRENTE: 23MA BRANCO/MAGENTA COM ESCALA
LUXAMED	C1.520.114	1	DERMATOSCÓPIO - FONTE DE ALIMENTAÇÃO GTM46101-1006-USB; TENSÃO: 100/240 V, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, 0.3 A BRANCO COM ESCALA
LUXAMED	C1.520.014	1	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: 2xAAA PILHAS ALCALINAS, 2.5 V POTÊNCIA/CORRENTE: 23MA PRETO (CCT LED)
LUXAMED	C1.610.114	1	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: 2xAAA PILHAS ALCALINAS, 2.5 V POTÊNCIA/CORRENTE: 23MA BRANCO (CCT LED)
LUXAMED	C1.610.014	1	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: 2xAAA PILHAS ALCALINAS, 2.5 V POTÊNCIA/CORRENTE: 23MA PRETO COM ESCALA (CCT LED)
LUXAMED	C1.710.114	1	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: 2xAAA PILHAS ALCALINAS, 2.5 V POTÊNCIA/CORRENTE: 23MA BRANCO COM ESCALA (CCT LED)
LUXAMED	C1.710.014	1	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: 2xAAA PILHAS ALCALINAS, 2.5 V POTÊNCIA/CORRENTE: 23MA BRANCO (KIDS)
LUXAMED	C1.810.014	1	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO: 2xAAA PILHAS ALCALINAS, 2.5 V POTÊNCIA/CORRENTE: 23MA BRANCO COM ESCALA (KIDS)
MD	MARK II (PILHA)	1	DERMATOSCÓPIO - 2.5 V (2 PILHAS TIPO C)
MD	OMNI	1	DERMATOSCÓPIO - TENSÃO (EQUIPAMENTO): 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA (2.5V) TENSÃO (CARREGADOR): 100/240 VAC FREQUÊNCIA (CARREGADOR): 50/60 HZ CORRENTE SAÍDA (CARREGADOR): 1A

Diante disso, disponibilizo o site do Inmetro, para validação da informação do produto

dermatoscópio, conforme segue: <http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/lista.asp>

Desta feita, necessária se faz a revisão da referida decisão, desclassificando a empresa **AMB Distribuidora de Medicamento e Materiais Hospitalares Ltda**, por ofertar um produto que não cumpre com a legislação vigente.

3. DOS PEDIDOS

Em face das razões de fato e de direito acima expostas, requer-se seja o presente recurso conhecido e, no mérito, julgado procedente, no sentido de que seja desclassificada a empresa **AMB Distribuidora de Medicamento e Materiais Hospitalares Ltda**, para o item 38 do Termo de Referência, diante dos motivos elencados anteriormente, e, por



Qualidade em produtos para saúde

95.433.397/0001-11
Insc. Est.: 90208506-87
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES MACROSUL LTDA.
R. JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270
ATUBA - CEP 82600-070
CURITIBA - PR

consequente, requer-se a declaração da empresa **COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA** como vencedora desse item do certame, já que ofertou equipamento que cumpre a legislação vigente.

Curitiba, 31 de Outubro de 2024.

Kátia Barboza de Moraes

Responsável Legal
RG: 8.549.051-6-PR
CPF: 061.517.519-81

